

bei A. S. T. GmbH Dresden
 Angewandte System Technik
 Marschnerstraße 26
 01307 Dresden
 Tel. (03 51) 44 55-30
 Telefax: (03 51) 4 59 40 71
 E-Mail: vertrieb@ast.de

Seite 1 von 1

Messgröße:
 Kraft

Leiter: Dr.-Ing. Gerd Heinrich
 Stellvertr. Leiter: Dipl.-Ing. Hannes Wittig
 Akkreditierung: 1991-07-11, veröffentlicht in PTB-Mitt. 5/91

Erweiterungen und Änderungen:

E 1 1991-10-30, PTB-Mitt. 1/92
 DKD-K-07801-03 1997-03-27
 Personal 1999-09-10, " 6/99
 Personal 2002-12-11

Messgröße bzw. Kalibriergegenstand	Messbereich	Messbedingungen	Messunsicherheit	Bemerkungen
Kraft	100 N bis 20 kN 5 kN bis 200 kN	Zugkraft	$1 \cdot 10^{-4}$ $5 \cdot 10^{-4}$	20 kN 200 kN Kraft- Bezugsnormal- Mess- einrichtung
	100 N bis 20 kN 5 kN bis 200 kN	Druckkraft	$1 \cdot 10^{-4}$ $5 \cdot 10^{-4}$	